

КНП СОР "Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни"
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі: ДК 33120000-7 " Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання" , ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2026-02-03-007511-а, очікувана вартість закупівлі 132000,00 грн.з ПДВ

ОБґРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р.№ 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.

Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення медичним обладнання заклад згідно вимог НСЗУ

Замовник: КНП СОР "Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни"

Код ЄДРПОУ:02000375

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2026-02-03-007511-а

Предмет закупівлі: ДК 50420000-5 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання" (послуга з ремонту рентгенологічного обладнання)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 132000,00 (сто тридцять дві тисячі гривень 00 копійок) грн з ПДВ

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: з метою здійснення даної закупівлі визначені наступні технічні та якісні характеристики:
Загальні вимоги до предмета закупівлі:

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,
ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА**

**ЗАКУПІВЛІ
(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)**

Медико-технічні вимоги на закупівлю за ДК 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (послуга з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання)

Перелік послуг з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання, які проводяться поквартально.

<i>№ п/п</i>	<i>Перелік послуги</i>
Комплекс рентгенівський діагностичний OPERA	
1.	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд - перевірка спрацювання аварійних кнопок та виходу із них - перевірка обмеження часу скопичного режиму - перевірка спрацювання кнопки подачі високої напруги - перевірка джойстиків переміщення столу - перевірка роботи касетоприймального механізму - перевірка рухомих частин столу - перевірка рухомих частин колони - перевірка міжблочних з'єднань - перевірка електричних з'єднань вузлів та блоків - перевірка контуру заземлення - перевірка силових контактних груп - перевірка коректної роботи монітора скопичного режиму - перевірка роботи колімато́ра - перевірка ВВ з'єднань РИД - перевірка системи охолодження РИД - перевірка системи охолодження комутаційної шафи - перевірка системи охолодження генераторного пристрою - перевірка цілісності маслорозширювальної системи РИД - перевірка датчиків положення колони - перевірка кінцевих датчиків положення колони - перевірка індикаторів куту нахилу та висоти колони - перевірка датчиків положення столу - перевірка кінцевих датчиків положення столу - перевірка пульта управління рухом столу - перевірка стану вузлу переміщення касетоприймача(цифрового приймача) - перевірка електропроводів переміщення касетоприймача - перевірка електроприводу нахилу столу - перевірка стану захисних елементів та панелей рухомих частин столу - перевірка надійності кріплень зовнішніх елементів та панелей столу - перевірка надійності кріплень зовнішніх елементів та панелей колони - перевірка заземлення корпусу комутаційного шафи - перевірка міжблочних з'єднань комутаційної шафи - перевірка цілісності електричних контактів висувних елементів комутаційного шафи - перевірка та налаштування напругу и контрольних точках плат живлення - перевірка цілісності запобіжників комутаційної шафи - перевірка надійності кріплення та фіксації висувних елементів та плат комутаційної шафи

	<ul style="list-style-type: none"> - перевірка цілісності укладки міжблочних з'єднань - перевірка заземлення генераторного пристрою - перевірка підключення ВВ кабелів до HVTANK - перевірка підключення вхідної мережі до генераторного пристрою - перевірка комутаційних роз'ємів та фіксаторів - перевірка цілісності магістралі зв'язку робочого місця лаборанта - перевірка стану монітору робочого місця лаборанта - перевірка системи охолодження РС робочого місця лаборанта - перевірка стану вузлу обробки та зберігання даних робочого місця лаборанта - перевірка стану локальної мережі передачі даних робочого місця лаборанта - перевірка стану монітору робочого місця лікаря - перевірка системи охолодження РС робочого місця лікаря - перевірка стану вузлу обробки та зберігання даних робочого місця лікаря - перевірка стану локальної мережі передачі даних робочого місця лікаря - перевірка налаштувань системи зв'язку з периферійними пристроями - перевірка роботи системи ABS - перевірка роботи системи АЕС - перевірка коректної роботи ПЗ при завершенні роботи - виконання пробного знімку на основних режимах - виконання передачі знімку між робочими місцями
--	--

Комплекс рентгенівський діагностичний РУМ – 20 М

2.	<ul style="list-style-type: none"> - зовнішній огляд - перевірка робочого місця лікаря-рентгенолога - перевірка робочого місця рентгенлаборанта - перевірка з'єднувальних кабелів низьковольтних - перевірка з'єднувальних кабелів високовольтних - перевірка і змазка рухомих частин поворотного столу-штативу - перевірка і змазка рухомих частин блока рентгенівської трубки - перевірка електричних з'єднань - перевірка аварійних пристроїв на столі-штативу та пульті управління - змазка механічних вузлів
----	---

3. Умови поставки:

3.1. Постачання обладнання для Замовника відбувається за адресою: Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Сумської тероборони, 24, КНП СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни».

3.2. Строки постачання: 2026 рік

3.3. Надати довідку в довільній формі про повне транспортне забезпечення, що включає доставку товару за адресою призначення, включаючи з занесенням на поверх. Транспортне забезпечення включає всі витрати, пов'язані з виконанням замовлення.

3.4. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

3.5. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

4. Вимоги до товару:

4.1. Цінові пропозиції надавати з урахуванням абзац 8 пп1 п 44 Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про

публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

2. Очікувана вартість предмету закупівлі: 132000,00 грн. з ПДВ

Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275. Метод, який застосовується для розрахунку відповідно до методики – метод порівняння ринкових цін. Це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку. Таким чином, розрахунок очікуваної вартості товарів, визначається як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару. Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, здійснювався замовником шляхом моніторингу середньо ринкових цін на відповідні види товару при плануванні відповідної закупівлі. Замовником здійснювався пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації, до якої відноситься інформація про ціни товарів, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників, в електронному каталозі, в електронній системі закупівель “ProZorro” щодо аналогічних закупівель, проводились ринкові консультації.

Уповноважена особа

Мануйлова Світлана